

## 物品購入仕様書

1. 事業名 屈折検査（視力検査）機器購入事業
2. 設置場所 山梨県南都留郡道志村 6181 番地の 1 道志村役場内
3. 購入物品
  - 3-1 スポットビジョンスクリーナー（キャリーケース付き）

型番	AU-VS100S-J ※型番品と同等品
台数	1 台
寸法	幅 171mm×奥行 216mm×高さ 121 mm
本体重量	1.15kg
入力電圧	100～240VAC（公称値）
入力周波数	47～63Hz
入力電流	100VAC、1.1A
本体機能	①持ち運びが可能であること ②両目同時に測定できること ③機器本体に測定結果（測定数値、疑いのある疾患等）を表示できること ④検査結果を機器本体に保存が可能であること ⑤年齢区分毎に基準値を設定できること ⑥基準値を任意の数値に設定可能であること ⑦基準値を日本眼科医会推奨値に設定できること ⑧Wi-Fi 接続で印刷やデータの転送が可能であること
その他	本体の附属品として、AC 電源コード、リストストラップ、キャリーケースを含むこと
  - 3-2 SVS プリンターセット

型番	AU-SVS-PS ※型番品と同等品
台数	1 台
形式	無線 LAN 用プリントサーバー
本体仕様	①本体に Wi-Fi 接続可能なプリンターであること ②プリンタデータは以下の内容の印刷が可能であること 患者基本データ/本体測定データ画面/右目、左目の状態（近視、遠視、乱視、斜視） 患者の写真/疾患の可能性/両目の状態（瞳孔不同、不同視）

※「型番品と同等品」である場合は、3-1 本体機能及び 3-2 本体仕様を概ねの機能を満たすものとし、入札前に発注者と協議すること。

#### 4. 留意事項

- (1) 物品の納品、搬入に関する費用、使用方法の説明に至るまでの全ての費用を含むこと。
- (2) 物品が仕様を満たさないものであることが判明した場合は、無償で本仕様を満たすものに交換すること。
- (3) 納品の際は安全管理に注意すること。
- (4) 業務上知り得た事項を漏らしてはならない。
- (5) 納品に当たっては、第三者災害に注意し、施設内で十分な安全管理を行うこと。また、施設等に損傷を与えないように十分注意すること。万が一搬入による建物等への損傷が発見された場合には、誠意をもって速やかに原状回復を行うこと。
- (6) この仕様書に関し、定めのない事項またはこの仕様書に疑義が生じた場合は、発注者との協議により決定するものとする。

#### 5. 業務打ち合わせ記録簿

納品する際には、道志村役場住民健康課と打ち合わせを十分行い、打合せ記録簿等の作成をすること。

#### 6. 納品期限

契約締結日から村が指定する期限まで

#### 7. 保証期間

納入した物品の初期不良については、発注者の故意または過失によるものを除き、迅速に対応し、無償にて修理すること。

#### 8. 所管課

山梨県南都留郡道志村 6181 番地の 1 道志村役場住民健康課